

# ZERTIFIKAT

## Berlin Cert

Prüf- und Zertifizierstelle für Medizinprodukte GmbH

bescheinigt der Firma

## Bio-Gate AG

Neumeyerstrasse 28, 90411 Nürnberg, Germany

mit diesem Zertifikat, dass an dem folgenden Produkt die Prüfungen nach DIN EN 13274-7:2019-09 - Durchlass von Partikelfiltern und nach DIN EN 149:2009-08, Abschnitt 8.9 - Atemwiderstand durchgeführt wurden und zu folgendem Ergebnis führt:

Produkt- bezeichnung: FFP2 Maske medisana RM100 zweimal besprüht mit XO Desisfaction Spray Mask & Textiles

Prüfergebnis: Durchlass von Natriumchloridpartikeln: 2,4 %  
Durchlass von Parafinölpartikeln: 0,3 %

Der Durchlass der geprüften Maske liegt unter dem maximal zulässigen Durchlass von 6 % für FFP2 Masken.

Der Atemwiderstand der geprüften Maske liegt unter dem maximal zulässigen Widerstand für FFP1, FFP2 und FFP3 Masken.

Die Außenseite der Masken wurde zweimal mit je drei Sprühstößen (3 x ca. 0,3 ml) Masken-Hygiene Spray besprüht.  
Die durchgeführten Prüfungen sind in den Prüfberichten PB-21-020-G-2-PA166-3 und PB-21-020-G-2-PA166-5 dokumentiert.

Dieses Zertifikat ist kein Nachweis für die Erfüllung der Anforderung aus der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

Ausgestellt am: 2021-03-05



Lennert Lehmann  
Unterschrift Bevollmächtigter

FB187\_20181018R1.1